

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 1
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Алтайском крае»

Д.И. Панченко
« » 2023 г.



Дополнительная профессиональная программа
«Стерилизаторщик препаратов и материалов»

При разработке программы учитывались требования, установленные следующими документами:

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020 г.
2. Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции).
3. Приказа Минздрава СССР «О введении в действие отраслевых методических указаний ОМУ 42-21-35-91 «правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах» № 287 от 10.10.1991 г. (в действующей редакции).
4. Санитарных правил и норм «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» СанПиН 3.3686-21.
5. Методических указаний «Контроль удаления воздуха в паровых стерилизационных камерах» МУК 4.2.1990 – 05;
6. Методических указаний по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5 от 28.02.1991 г.

Цель программы: повышение квалификации, получение знаний и повышение уровня практических навыков для специалистов, работающих с паровыми медицинскими стерилизаторами, автоклавами.

Профессиональные компетенции, совершенствующиеся в результате освоения программы:

- знание устройства, эксплуатации и контроля работы паровых медицинских стерилизаторов, автоклавов, организации работы сосудов, работающих под давлением;
- знание основ дезинфекции и стерилизации инвентаря, инструментария и мягкого материала;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

- знание основ асептики и антисептики;
- знание общих понятий о давлении;
- знание правил безопасности при работе с сосудами под давлением;
- умение осуществлять загрузку и разгрузку обслуживаемого оборудования;
- умение регулировать уровень температуры, давления и других параметров режима стерилизации по показаниям контрольно-измерительных приборов.

Планируемые результаты обучения.

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен повысить профессиональный уровень в рамках имеющейся квалификации и усовершенствовать имеющиеся компетенции, владеть теоретическими знаниями и практическими навыками в вопросах работы с сосудами под давлением, при проведении работ по стерилизации материалов и препаратов; уметь осуществлять ведение процесса термической стерилизации материалов, посуды, инвентаря, препаратов; уметь проводить проверку исправности, осуществлять подготовку, пуск и остановку автоклавов, стерилизаторов и другого подобного оборудования; знать и соблюдать основные правила безопасности при работе с паровыми медицинскими стерилизаторами, автоклавами; знать порядок ведения документации в стерилизационных отделениях.

Итоговая аттестация

Итоговая аттестация по повышению квалификации проводится в форме зачета (тестирования) и выявляет теоретическую и практическую подготовку слушателя, в соответствии с целями и содержанием программы. Слушатель допускается к итоговой аттестации после освоения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие программу повышения квалификации по специальности «Стерилизаторщик материалов и препаратов» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий документ – удостоверение о повышении квалификации.

Оценочные материалы:

- Перечень тестовых вопросов для итоговой аттестации (Приложение №1);
- Программа считается освоенной, если успешно пройдена итоговая аттестация.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 3
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

Организационно-педагогические условия:

Кадровое обеспечение реализации программы

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее медицинское образование, соответствующее профилю преподаваемых предметов, и имеющими профессиональную переподготовку по специальности «Педагог дополнительного профессионального образования».

Материально-техническое обеспечение реализации программы

Необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения включает:

Кабинеты с компьютерами и доступом в интернет, проектор, лаборатории с необходимым оборудованием.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение модулей (элементов, разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции и практические занятия).

Трудоемкость обучения: 75 академических часов;

Форма обучения: очная;

Категория слушателей: персонал, обслуживающий оборудование, работающее под давлением.

Учебный план программы повышения квалификации по специальности «Стерилизаторщик материалов и препаратов»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

№ п/п	Наименование темы	Количество часов при обучении			
		всего	лекции	Практические занятия	Самостоятельное освоение
1	2	3	4	5	6
1	Теоретические основы. Нормативные документы.	8	8		
2	Техника безопасности при работе с сосудами, работающими под давлением. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев. Правила оказания первой доврачебной помощи.	8	6		2
3.	Общие понятия о давлении, единицах измерения давления, сосудах, работающих под давлением.	8	6		2
4.	Метод паровой стерилизации. Классификация отечественных паровых стерилизаторов. Принцип устройства и технические характеристики паровых стерилизаторов.	8	8		
5.	Методика проведения циклов стерилизации.	8	8		
6.	Изучение конструкции паровых стерилизаторов горизонтального и вертикального типов.	8	6	2	
7.	Изучение конструкции прямоугольных паровых стерилизаторов	8	6	2	
8.	Особенности работы фармацевтического персонала при стерилизации флаконов с растворами. Основные технические неисправности при работе стерилизаторов, меры их предупреждения и устранения. Критерии предельного износа стерилизаторов.	8	6	2	
9.	Должностные требования к персоналу, работающему на паровых стерилизаторах	7	6		1
10	Обязанности и права медицинского дезинфектора. Расчет нагрузки на одного специалиста. Документы, регламентирующие порядок организации и проведения работ по профилактической дезинфекции	2	2		
	Итоговая аттестация	2			
	Количество часов	75			

Тема № 1. Техника безопасности при работе с сосудами, работающими под давлением. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев. Правила оказания первой доврачебной помощи. Помощь при асфиксии, при остановке

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 5
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

сердца, при ожогах и ранениях. Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.

Тема № 2. Общие понятия о давлении, единицах измерения давления, сосудах, работающих под давлением. Понятие о процессе стерилизации. Основные термины и определения, режимы и средства стерилизации. Объекты стерилизации.

Тема № 3. Метод паровой стерилизации. Классификация отечественных паровых стерилизаторов. Принцип устройства и технические характеристики паровых стерилизаторов.

Тема № 4. Методика проведения циклов стерилизации. Режимы работы, пределы регулирования основных параметров стерилизации в зависимости от видов стерилизуемых объектов.

Тема № 5. Изучение конструкции паровых стерилизаторов горизонтального и вертикального типов. Порядок проведения циклов стерилизации медицинских объектов различного назначения.

Тема № 6. Изучение конструкции прямоугольных паровых стерилизаторов, а также стерилизаторов зарубежного производства.

Тема № 7. Особенности работы фармацевтического персонала при стерилизации флаконов с растворами. Основные технические неисправности при работе стерилизаторов, меры их предупреждения и устранения. Критерии предельного износа стерилизаторов.

Тема № 8. Должностные требования к персоналу, работающему на паровых стерилизаторах. Порядок ведения документации в стерилизационных отделениях.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 6
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

Приложение №1
к дополнительной
профессиональной
программе
«Стерилизаторщик
препаратов и материалов»

Тест по программе повышения квалификации
«Стерилизаторщик препаратов и материалов»

ФИО _____

Должность _____

Место работы _____

ВАРИАНТ №1

1. Изделия, подвергающиеся стерилизации в паровых стерилизаторах:
 - А) текстильные
 - Б) текстильные
 - В) бумажные
2. Проверка манометров проводится:
 - А) Ежедневно
 - Б) 1 раз в 5 лет
 - В) не реже 1 раза в 12 месяцев
3. Потенциально опасные явления при эксплуатации паровых стерилизаторов:
 - А) вибрация
 - Б) электрический ток
 - В) высокое давление
4. Облицовка стен помещения, где находится паровой стерилизатор должна быть:
 - А) высотой 1 м
 - Б) высотой 3 м
 - В) высотой не менее 1.8 м от пола
5. Первая стерилизация (в начале смены) проводится в:
 - А) холодном стерилизаторе

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 7
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от <u>20.10.2022</u> № <u>640</u>

- Б) горячем стерилизаторе
В) разогревом стерилизаторе
6. Проверка мановакуумметра проводится:
А) не реже 1 раза в 12 месяцев
Б) 1 раз в 5 лет
В) 1 раз в месяц
7. Фильтр для подачи воздуха в камеру предназначен для:
А) согревания воздуха
Б) очистки воздуха
В) дезинфекции воздуха
8. После окончания работы стерилизатора необходимо:
А) проверить исправность предохранительных клапанов
Б) проверить работу измерительных приборов
В) отключить электропитание
9. Вода в парогенератор наливается в количестве:
А) не менее 20 литров
Б) до середины водоуказательной колонки
В) не выше верхней отметки на водоуказательной колонке
10. Срок хранения стерильных изделий в биксах при вскрытии:
А) 20 суток
Б) 3 дня
В) 1 день

ВАРИАНТ №2

1. Виды контроля качества при паровом методе стерилизации
А) бактериологический
Б) биологический
В) термический
2. Продолжительность времени стерилизационной выдержки при температуре 132 С:
А) 45 минут
Б) 20 минут
В) 10 минут

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 8
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

3. Автономный рубильник устанавливается:
 - А) на расстоянии 1,6 м от пола и не далее 1 м от места расположения стерилизатора
 - Б) не имеет значения
 - В) на расстоянии 1 м от пола и не менее 2 м от места расположения стерилизатора

4. К обслуживанию автоклавов допускаются лица:
 - А) достигшие 16 лет
 - Б) с 18 лет
 - В) возраст не имеет значения

5. Эвакуационный путь в помещении, где находится стерилизатор должен быть шириной:
 - А) не менее 1 м
 - Б) 3 м
 - В) не менее 2 м

6. Продувка камеры проводится:
 - А) в каждом цикле стерилизации
 - Б) только перед основным циклом
 - В) если проводилась доливка воды в парогенератор

7. Перед началом работы на стерилизаторе необходимо проверить:
 - А) защитное заземление
 - Б) исправность предохранительных клапанов
 - В) исправность контрольно – измерительных приборов

8. Работоспособность предохранительного клапана проверяется:
 - А) ежедневно перед началом работы
 - Б) ежедневно после отключения аппарата от сети
 - В) 1 раз в неделю

9. Электроконтактный манометр необходим для:
 - А) измерения давления в камере
 - Б) измерения и поддержки рабочего давления в парогенераторе
 - В) измерения рабочей температуры

10. Режимы парового метода стерилизации:
 - А) 132 С – 20 мин

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 9
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от <u>20.10.2022</u> № <u>640</u>

- Б) 180 С =- 1 час
- В) 1,1 атм. – 45 мин

ВАРИАНТ №3

1. Продолжительность времени стерилизационной выдержки при температуре 120 С:
 - А) 45 минут
 - Б) 20 минут
 - В) 15 минут
2. Электрический стерилизаторы подключают к сети через:
 - А) штепсельную розетку
 - Б) автономный рубильник
 - В) автоматический выключатель
3. Дверь в помещение, где находится ПС должна открываться:
 - А) из помещения
 - Б) быть заперта
 - В) в помещение
4. Предохранительный клапан необходим для:
 - А) сбрасывания избыточного давления пара из парогенератора
 - Б) удаление воздуха из камеры
 - В) измерения рабочей температуры
5. Перед началом работы на ПС необходимо проверить:
 - А) защитное заземление
 - Б) исправность предохранительных клапанов
 - В) исправность контрольно – измерительных приборов
6. Срок хранения стерильных биксов, простерилизованных без фильтра:
 - А) 3 суток
 - Б) 1 сутки
 - В) 10 суток
7. В зависимости от формы ПС бывают:
 - А) вертикальные
 - Б) круглые

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 10
	Страниц: 10
Образовательная программа «Стерилизаторщик препаратов и материалов»	Издание: 1
Ф 02-17	Дата введения: Утвержден приказом от 20.10.2022 № 640

В) электрические

8. Фильтр для подачи воздуха в камеру предназначен для:

А) стерилизации воздуха

Б) очистки воздуха

В) дезинфекции воздуха

9. Удостоверение, подтверждающее обучение на курсах действительно:

А) 1 год

Б) 10 лет



В) 5 лет

10. За документацию ПС отвечает:

А) обслуживающий персонал

Б) ответственное лицо

В) инженер по ТБ

	должность	ФИО	дата, подпись
разработан	Заведующий отделом, врач-дезинфектолог отдела профилактической дезинфекции	Сергиенко И.В.	
согласован	Заведующий отделом, врач-бактериолог, руководитель испытательного лабораторного центра отдела по организации лабораторной деятельности ИЛЦ	Мишагина Л.А.	

«Конец документа»